

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈亚萍	
	职称:	高工	
	工作单位:	江苏吴图建设集团有限公司	
项目信息	项目名称:常州市德安医院彩色多普勒超声诊断仪探头采购项目		
	供应商名称:常州正麦医疗科技有限公司		
专业人员论证意见	<p>由于彩超设备具有专业特殊性,为了保证设备的正常运行和使用效果,所使用的探头必须为原厂家生产,市场上没有其他兼容的探头可供选择,因此必须从原厂家采购。</p> <p>超声探头需要与特定的超声设备专机配套使用,不同品牌和型号的探头可能无法兼容,导致设备无法正常运行。为了保证设备的专业性和稳定性,必须从原厂家采购。</p> <p>常州正麦医疗科技有限公司为该厂家唯一授权经销商 建议供应商为常州正麦医疗科技有限公司</p> <p>采用单一来源方式采购。</p>		
	专业人员签字	陈亚萍	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 唐亚琴 职称: 高工 工作单位: 漳州终端源电力有限公司	
项目信息	项目名称: 常州市德安医院彩色多普勒超声诊断仪探头采购项目 供应商名称: 常州正麦医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>常州市德安医院原采购的GE四维超声设备， 鉴于设备的专业特殊性，市场上没有其他兼容的 探头可供选择，建议从原厂采购。</p> <p>1. 兼容性：由于GE超声设备具有专业 特殊性，当使用设备的正常运行和使用。所 使用的探头必须为原厂家生产，因此由原 厂家采购。</p> <p>2. 专业特殊性：该探头需配套专用的超 声设备才能正常使用，不同品牌和型号的 探头无法兼容，导致设备无法正常运行。 本次从原厂家采购。该单位为唯一授权 经销商。</p> <p>建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	唐亚琴	日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 楊岑	
	职称:	
	工作单位: 常州市德安医院	
项目信息	项目名称: 常州市德安医院彩色多普勒超声诊断仪探头采购项目	
	供应商名称: 常州正麦医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>常州市德安医院已采购了GE四维超声设备,型号为GE Voluson P8,为了保证设备的正常运行和使用效果,所使用的探头必须为原厂生产的12L-RS宽带线阵探头(小器官探头)和3SC-RS宽带相控阵探头(心脏探头),鉴于设备的专业特殊性,市场上没有其他兼容的探头可供选择,因此必须从原厂家采购。</p> <p>常州正麦医疗科技有限公司为该厂家针对该项目的唯一授权经销商,建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	楊岑	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。